Nylon Swanneck Rings

Product description
Swan neck finger splints stabilize and support the PIP and DIP joints. They can be used for tendon and ligament conditions, support unstable joints, and help prevent contractures.

Indication
The finger splints are intended for users with joint instability or tendon and ligament conditions. The suitability of the finger splint for the user and the selection of the correct size should be assessed by a qualified healthcare professional.

Contraindications
Consult a healthcare professional before using the ring if you have a skin condition that may react to the nylon PA11 or PA12 material from which the ring is made. Avoid lifting heavy objects and other activities that expose the splint to high forces, as this may cause the product to break.

Important information
Use of the ring may cause muscle fatigue in the fingers, skin irritation or discomfort in the hand. Stop wearing the splint in case of pain, skin irritation or open wounds and contact your healthcare professional.
The stated service life and warranty period of the splint are 2 years.





Maintenance
Clean the splint with a damp cloth and a solution of water and soap.

Disposal
When disposing of the splint, follow local regulations and guidelines.

Liability
Artus3D accepts no liability for unauthorized modifications to the splint or for use that is contrary to the stated indications and contraindications.

Safety
In case of a crack or break in the product, stop wearing the product to prevent damage to the skin. Inform Artus3D of the defect for repair or replacement.
If the product becomes deformed, this may negatively affect its function. Report this to Artus3D for repair or replacement.

If the product has been exposed to extreme heat, for example due to proximity to a gas flame, the product may have weakened. If weakening is suspected, or if severe discoloration of the surface (blue/black) is observed, contact Artus3D for repair or replacement.

Nylon-Schwanenhalsringe

Produktbeschreibung

Schwanenhals-Fingerschienen stabilisieren und unterstützen die PIP- und DIP-Gelenke. Sie können bei Erkrankungen der Sehnen und Bänder eingesetzt werden, instabile Gelenke unterstützen und helfen, Kontrakturen vorzubeugen

Indikation

Die Fingerschienen sind für Anwender mit Gelenkinstabilität oder Erkrankungen der Sehnen und Bänder vorgesehen. Die Eignung der Fingerschiene für den Anwender sowie die Auswahl der richtigen Größe sollten von einer qualifizierten medizinischen Fachkraft beurteilt werden.

Kontraindikationen

Konsultieren Sie vor der Verwendung des Rings eine medizinische Fachkraft, wenn Sie an einer Hauterkrankung leiden, die auf das Nylonmaterial PA11 oder PA12, aus dem der Ring hergestellt ist, reagieren könnte. Vermeiden Sie das Heben schwerer Gegenstände und andere Tätigkeiten, bei denen die Schiene hohen Kräften ausgesetzt wird, da dies zum Bruch des Produkts führen kann.

Wichtige Informationen

Die Verwendung des Rings kann zu Muskelermüdung in den Fingern, Hautreizungen oder Beschwerden an der Hand führen. Beenden Sie die Verwendung der Schiene bei Schmerzen, Hautreizungen oder offenen Wunden und wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft.
Die angegebene Lebensdauer und Garantiezeit der Schiene beträgt 2 Jahre.





Wartung
Reinigen Sie die Schiene mit einem feuchten Tuch und einer Lösung aus Wasser und Seife.

Entsorgung
Beachten Sie bei der Entsorgung der Schiene die örtlichen Vorschriften und Richtlinien.

Haftung
Artus3D übernimmt keine Haftung für nicht autorisierte Änderungen an der Schiene oder für eine Verwendung, die den angegebenen Indikationen und Kontraindikationen widerspricht.

Sicherheit
Bei einem Riss oder Bruch des Produkts darf das Produkt nicht weiter getragen werden, um Hautverletzungen zu vermeiden. Informieren Sie Artus3D über den Defekt, damit das Produkt repariert oder ersetzt werden kann.

Wenn sich das Produkt verformt, kann dies seine Funktion beeinträchtigen. Melden Sie dies Artus3D, damit das Produkt repariert oder ersetzt werden kann.

Wenn das Produkt extremer Hitze ausgesetzt war, beispielsweise durch die Nähe zu einer Gasflamme, kann das Material geschwächt worden sein. Wenn eine Schwächung vermutet wird oder eine starke Verfärbung der Oberfläche (blau/schwarz) festgestellt wird, wenden Sie sich für eine Reparatur oder einen Austausch an Artus3D.

Nylon svanehalsringe

Produktbeskrivelse
Svanehals-fingerskinner stabiliserer og støtter PIP- og DIP-leddene. De kan anvendes ved tilstande i sener og ledbånd, støtte ustabile led og hjælpe med at forebygge kontrakturer.

Indikation
Fingerskinnerne er beregnet til brugere med ledinstabilitet eller tilstande i sener og ledbånd. Fingerskinnens egnethed til brugeren samt valget af den korrekte størrelse bør vurderes af en kvalificeret sundhedsperson.

Kontraindikationer
Kontakt en sundhedsperson, før ringen anvendes, hvis du har en hudlidelse, der kan reagere på nylonmaterialet PA11 eller PA12, som ringen er fremstillet af. Undgå at løfte tunge genstande og andre aktiviteter, hvor skinnen udsættes for store kræfter, da dette kan medføre, at produktet går i stykker.

Vigtig information
Brug af ringen kan medføre muskeltræthed i fingrene, hudirritation eller ubehag i hånden. Stop med at bruge skinnen i tilfælde af smerter, hudirritation eller åbne sår, og kontakt din sundhedsperson.
Skinnens angivne levetid og garantiperiode er 2 år.





Vedligeholdelse

Rengør skinnen med en fugtig klud og en opløsning af vand og sæbe.

Bortskaffelse

Følg lokale regler og retningslinjer ved bortskaffelse af skinnen.

Ansvar

Artus3D påtager sig intet ansvar for uautoriserede ændringer af skinnen eller for anvendelse, der er i strid med de angivne indikationer og kontraindikationer.

Sikkerhed

Hvis produktet revner eller går i stykker, skal du stoppe med at bruge produktet for at undgå skader på huden. Informer Artus3D om defekten med henblik på reparation eller udskiftning.

Hvis produktet bliver deformeret, kan det påvirke dets funktion negativt. Informer Artus3D om dette med henblik på reparation eller udskiftning.

Hvis produktet har været udsat for ekstrem varme, for eksempel i nærheden af en gasflamme, kan materialet være blevet svækket. Hvis der er mistanke om svækkelse, eller hvis der observeres kraftig misfarvning af overfladen (blå/sort), skal du kontakte Artus3D med henblik på reparation eller udskiftning.